


Vidéo-capsule endoscopique

1- DISTRIBUTEUR

LIFE PARTNERS EUROPE 161 avenue Galliéni – 93170 Bagnolet Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72 E-mail : life@lifeurope.com **Site Internet : www.lifeurope.com**	**Correspondant matériovigilance** Responsable qualité Tél. . : 01 49 88 01 01 Fax : 01 49 88 83 45 E-mail : quality@lifeurope.com

2- INFORMATIONS SUR LE PRODUIT



Dénomination commerciale : **Vidéo Capsule Endoscopique** **Batterie « Verte », sans mercure** Conformément à la réglementation sur les piles et les accumulateurs[1]	

Référence* : **IN/MC1000-G**  * Ancienne référence : IN/MC1000	**Dimensions :** Taille : 11mm x 24mm Poids : 3,40g
	Caractéristiques techniques : Lumière : 6 LED blanche Nombre d'images par secondes : 3 Autonomie : 11 heures
	Image Angle de vue : 150° Profondeur de vue : 3cm Définition des images : 102 400 pixels

[1] Décret n°97-1328 du 30 décembre 1997 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses et à leur élimination ; Directive 91/157/CEE du 18 mars 1991 ; 93/86/CEE du 4 octobre 1993

Unité de conditionnement : **Unitaire**
Quantité minimale de commande/livraison (QML) : **5**
Type d'emballage individuel : **Blister** (capsule clipsée dans un moule, logé dans un boîtier rigide)
Type d'ensemble conditionnement : **Carton**



FICHE TECHNIQUE

Composition :

Couverture plastique de la capsule	Résine Ultem 1000
Dôme	Résine TOPAS 6013S-04
Plaque d'or	Or
Corps de la capsule	Epoxy

Présence de :

Latex :	❑Oui	☑Non
Produit d'origine animale :	❑Oui	☑Non
PVC :	❑Oui	☑Non
Phtalate et DEHP :	❑Oui	☑Non



Sterilité

Stérile :	❑Oui	☑Non
Mode de stérilisation :	Non stérile	
Nombre d'utilisations	Usage Unique	



Conservation

Conditions de conservation: Température ambiante contrôlée (15-25°C)
Durée de péremption : 1 ans

Utilisation

Sécurité d'utilisation : Cf. Notice ⚠
Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Cf. Notice
Indications (destination marquage CE) : Cf. Notice

Fabricant

Fabricant :	Intromédic
Pays :	Corée du Sud
1ère mise sur le marché :	Juillet 2007

Marquage CE

Marquage CE accordé par UL-UK, N° d'organisme : 0843
Selon la directive Européenne 93/42/CEE – Annexe IX
Produit de classe II a, selon les règles 5 et 10